



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 09.11.2016 r

AG. Z.2150.29.6 .2016



Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/F
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/P
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/P
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/P
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/P
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/P
ISO 22000 : 2005

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje , że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego wpłynęły pytania :

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Dotyczy zadania nr 1

1. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 dopuści podane ceny jednostkowej za 1 szt wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku ?

Odpowiedź: Zgodnie z Zaproszeniem do złożenia ofert.

2. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 , poz. 1 dopuści etykiety o wymiarach 38x21 mm ?

Odpowiedź: TAK

3. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 , poz. 4 dopuści pojemnik o pojemności 60ml ?

Odpowiedź: TAK

4. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 , poz. 5 dopuści pojemnik o pojemności 60ml ?

Odpowiedź: TAK

5. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 , poz. 15 dopuści pojemnik do kału z łyżeczką o wymiarach 25x90ml ?

Odpowiedź: TAK

6. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 21 zgodzi się na końcówki typu Eppendorf ?

Odpowiedź: TAK



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec