

# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu <sup>(A)</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 20.02.2017 r.

AG.Z.2150.44.4.2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę bielizny jednorazowego użytku wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1. Dotyczy zadania 1 – Sterylne obłożenie do operacji sercowo-naczyniowych.

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na obłożenie o następujących parametrach:

Skład zestawu:

- 1) 4 ręczniki wysoko chłonne 30x40cm
- 2) 2 osłony na stolik Mayo 80x145cm
- 3) 2 taśmy włókninowe, samoprzylepne 9x50cm
- 4) 2 pokrowce na stopy 37,5x24cm, wyposażone w taśmy samoprzylepne
- 5) 1 serweta operacyjna 150x180cm
- 6) 1 serweta w rozmiarach 260x175cm z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarach 20x100cm, wyposażona w zintegrowane uchwyty do przewodów i krocza typu pampers
- 7) 1 serweta główna do obłożenia klatki piersiowej w kształcie litery T o wymiarach 300/225x370cm, posiadająca otwór w okolicach klatki piersiowej o wymiarach 40x38cm, wypełniony folią operacyjną (po dwóch stronach otworu znajdują się taśmy samoprzylepne, które dodatkowo mocują serwetę główną do pacjenta).

Serweta także posiada:

- dwie 2-komorowe kieszenie na narzędzia (kieszenie dzielone asymetrycznie) umieszczone po obu stronach otworu (wymiary kieszeni 67x34cm)
- dwie 1-komorowe kieszenie w górnej części serwety (ekran anestetyczny)
- pięć uchwytów do przewodów i drenów typu rzep o min wymiarach 2x10
- 8) serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm (owinięcie zestawu), warstwa chłonna min. 75x190cm, serweta wyposażona w piktogram określający kierunek rozkładania

Dotyczy f i g :

Serweta chłonna na całej powierzchni, wykonana z laminatu 3-warstwowego (strefa krytyczna) (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze 109,5g/m<sup>2</sup>, oraz strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy o gramaturze 57,5g/m<sup>2</sup>.

Prosimy o dopuszczenie dodatkowej samoprzylepnej dwukomorowej kieszeni na narzędzia o wymiarach 38cm x 40cm pakowanej oddzielnie.

Odpowiedź na pytanie 1:

TAK.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008  
Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004  
Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004  
Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007  
Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013  
Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala  
84 6773333  
tel. Sekretariat  
84 6773300  
Fax  
84 6386669  
www.szpital.zam.pl  
e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Pytanie 2. Dotyczy zadania 2.

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartucha szytego szwami tradycyjnymi, w pełni gwarantującymi szczelność fartucha.

Odpowiedź na pytanie 2:

Dopuszcza się fartuch szyty szwami tradycyjnymi, ale pozostałe parametry z zaproszenia do złożenia oferty obowiązują nadal.

Pytanie 3. Dotyczy zadania 1.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylne zestawu do zabiegów sercowo-naczyniowych wykonanego z laminatu 2-warstwowego (polipropylen-polietylen) o gramaturze 55g/m<sup>2</sup> oraz ze wzmocnieniami (z chłonnej włókniny SMS) w obszarach krytycznych łącznie o gramaturze 110 g/m<sup>2</sup> i następującym składzie oraz parametrach:

Zestaw sercowo-naczyniowy I wzmocniony.

Skład zestawu:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140x190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80x145
- 1 serweta do operacji klatki piersiowej z padem chłonnym i oknem (38x32 cm) z wbudowanymi kieszeniami 315x260
- 1 samoprzylepna serweta z padem chłonnym z wycięciem i nakryciem krocza /95x20 – 260x200
- 1 serweta nieprzylepna 150x200
- 2 przezroczyste osłony na stopy
- 2 taśmy samoprzylepne 10x50
- 4 ręczniki celulozowe 30x33

Z kieszenią samoprzylepną dwukomorową pakowaną oddzielnie od zestawu?

Łączna gramatura w miejscach wzmocnień stołka Mayo i serwety narzędziowej wynosi 90g/m<sup>2</sup>.

Zestaw zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa, posiadającym etykietę i jedną, dwudzielną, samoprzylepną naklejkę przy czym min. jedna z jej części zawiera nazwę producenta, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności?

Odpowiedź na pytanie 3:

TAK.

Pytanie 4. Dotyczy zadania nr 2.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego, sterylne, pełnobarierowe, jednorazowego użytku, wykonanego z **niebawelnopodobnej włókniny** tj. PP-włókniny (SMMMS) 35 g/m<sup>2</sup>, nieprzepuszczalnej dla alkoholu i antystatycznej, z 2-warstwowym wzmocnieniem na przodzie fartucha, wykonanym z oddychającego laminatu 44 g/m<sup>2</sup> oraz wzmocnieniami do połowy rękawów z oddychającego 3-warstwowego laminatu 63 g/m<sup>2</sup>, z mankietem wykonanym z 100% poliestru – szwy ultradźwiękowe. Sposób założenia oraz zawiązywania fartucha pozwala na zachowanie czystych pleców operatora (za pomocą kartonika), sterylne, pakowane pojedynczo, zawiera serwetki do wycierania rąk, rozmiar L i XL. Fartuch spełnia wymogi normy EN 13795, o kroju typu reglam. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone jest w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. Zbiorcze opakowanie zewnętrzne worek foliowy i karton.

Odpowiedź na pytanie 4:

Obowiązują zapisy zawarte w zaproszeniu do złożenia ofert.

Pytanie 5. Dotyczy zadania 2.

Czy Zmawiający dopuści fartuch szwami łączonymi tradycyjną metodą?

Odpowiedź na pytanie 5:

Dopuszczamy fartuchy szyte tradycyjnie pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów zawartych w zaproszeniu..

Pytanie 6. Dotyczy zadania 2.

Czy Zamawiający dopuści fartuch w zbiorczym opakowaniu folia-karton?

Odpowiedź na pytanie 6:

Nie.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(-) lek. med. Andrzej Mielcarek