



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 27 stycznia 2016 r.

AG.ZP.3320.1. .16



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu endoskopowego**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie 1 dot. zadania 1 podpunkt 1a i 1b

Czy Zamawiający, ze względu na opis przedmiotu zamówienia odpowiadający produktowi tylko jednego producenta, w ramach poprawy konkurencji oraz umożliwienia dostępu do najnowszych rozwiązań wyodrębni do osobnego zadania 1A oraz dopuści do zaoferowania:

a, b) Zestawy do opaskowania żyłaków przełyku zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego: nie zawierającego lateksu, podwiązki zamontowane metodą „back-loading” w sposób nieograniczający pola widzenia, wyposażony w giętki dren przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki.

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 2 dot. zadania 1 podpunkt 2a i 2b:

Czy Zamawiający, ze względu na opis przedmiotu zamówienia odpowiadający produktowi tylko jednego producenta, w ramach poprawy konkurencji oraz umożliwienia dostępu do najnowszych rozwiązań wyodrębni do osobnego zadania 1B oraz dopuści do zaoferowania:

a) Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Push” i „Pull” w rozmiarach 20Fr i 24 Fr, wykonany z silikonu, z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), wyposażony w port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków, z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu, zawierający w zastawie: dren PEG, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające dren, nożyczki, pean.

b) zakładane przez zatokę

- dren do podawania pokarmu średnicy 12-24F
- wprowadzany przez istniejący kanał przetoki, fiksowany balonem
- w zestawie środek poślizgowy i strzykawka, zewnętrzny pierścień mocujący.



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 3 dot. zadania 4

Czy zamawiający ze względu na opis przedmiotu zamówienia odpowiadający produktowi tylko jednego producenta, w ramach poprawy konkurencji oraz umożliwienia dostępu do najnowszych rozwiązań dopuści do zaoferowania:

Stenty samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych (ze wskazaniem do leczenia zmian łagodnych oraz uszkodzeń dróg żółciowych, możliwość pozostawienia implantu w zmianie łagodnej przez 12 miesięcy po założeniu z jednoczesną możliwością wcześniejszego usunięcia wg wskazań lekarza – dla protez w wersji pokrywanej), wykonane z nitinolu z platinolowym rdzeniem – dobra widoczność całej protezy w RTG, dostępne w wersji pokrytej i nie pokrytej, znacznik RTG na zestawie, wyposażone w profilowane ucho do usuwania, zestaw wprowadzający o długości 180 cm i średnicy 8,5 i 9 Fr, współpracujący z prowadnicą 035”, zapewniającym możliwość ponownego złożenia protezy po uwolnieniu do min. 80% długości, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie protezy, dodatkowy marker kontrolny na rękojeści

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 4 dot. zadania 5

Czy Zamawiający, ze względu na opis przedmiotu zamówienia odpowiadający produktowi tylko jednego producenta, w ramach poprawy konkurencji oraz umożliwienia dostępu do najnowszych rozwiązań dopuści do zaoferowania:

Nitinolowe samorozprężalne stenty przetykowe: - wyposażone w kołnierze antymigracyjne znajdujące się na obu końcach stentu; - uwalnianie do końca dystalnego; na kołnierzu proksymalnym nie oplatająca koniec kołnierza służąca do repozycji (lub do usuwania stentu – wersja pokrywana) – wykonane z nitinolu; z możliwością repozycji lub usunięcia bezpośrednio po zainplantowaniu; - dostępne w wersji pokrywanej na całej długości; - z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych, jak i łagodnych; - z rejestracją implantacji w zwężeniach łagodnych na okres 8 tygodni oraz w wersji z niepokrytymi końcami; - dostępne długości: 10, 12 i 15 cm; - dostępne średnice: 18 mm – średnica kołnierza antymigracyjnego 25 mm/23mm, średnice 23 mm – średnica kołnierza antymigracyjnego 28 mm/28mm. System uwalniający: - średnica: 18,5 FR; - dający możliwość uwalniania stentu do 75 % jego długości i w razie konieczności jego repozycji.

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 5 dot. zadania 6

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencji oraz umożliwienia dostępu do najnowszych rozwiązań, dopuści do zaoferowania:

Nitinolowy samorozprężalny stent jelitowy: - wyposażony na końcu dystalnym w kołnierz antymigracyjny, z możliwością repozycji. System uwalniający: - średnica: 18,5 Fr; - dający możliwość uwalniania stentu do 70 % jego długości i w razie konieczności jego repozycji.

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 6 dot. zadania 4:

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych z uchwytem pistoletowym, wykonany z cienkiego plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem, zamontowany w zestawie 8 lub 9F, w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z przewodnikiem 0,035". Średnica stentu niepokrywanego 10 mm, długość 4 cm, 6 cm, 8 cm i 10 cm, średnica stentu pokrywanego 10 mm, długość stentu 4 cm, 6 cm, 8 cm; średnica stentu częściowo pokrywanego 10 mm, długość stentu 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm. W każdej wersji obecne znaczniki RTG po 4 na każdym końcu i 2 w części środkowej kontrolujące optymalne położenie stentu podczas uwalniania. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80 %. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. Przeznaczony do jednorazowego użytku.

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 7 dot. zadania 5:

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Samorozprężalny stent nitinolowy do przelyku z odkrytymi kołnierzami, pokryty silikonem z dwóch stron. Pistoletowa rękojeść uwalniająca umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowane w czasie jak i po rozłożeniu protezy. Rozmiar 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm cewnik wprowadzający 8 mm współpracujący z przewodnicą 0,035".

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 8 dot. zadania 6:

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Stent samorozprężalny nitinolowy do jelita grubego z mechaniczną rękojeścią w formie pistoletu ułatwiającego pracę w dwie strony, z możliwością rozwijania i chowania stentu do koszulki w 80 % korektę podczas uwalniania. Zestaw o średnicy 10 F współpracujący z przewodnicą 0,035", długość 8 cm, 10 cm, 12 cm

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 9 dot. zadania 1 pozycja 3b:

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 1 w pozycji 3b możliwości zaoferowania przewodnic do ERCP posiadających tylko średnicę 0,035. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 dot. zadania 1 pozycja 3c:

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 1 w pozycji 3c możliwości zaoferowania przewodnic do ERCP posiadających tylko średnicę 0,018. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 dot. zadania 3 pozycja 3:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie protez żółciowych typu Zimmon

odpowiednio:

- rozmiar 7F, długość między zaczepem a petlą 3, 4, 6, 8, 10, 12 cm?
- rozmiar 10 F, długość między zaczepem a petlą 3, 4, 6, 8, 10, 12 cm?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 12 dot. wzoru umowy § 2 ust. 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o następującą zmianę istniejącego zapisu: „Sprzedający będzie rozpatrywał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu dni od daty zgłoszenia reklamacji. Dopuszcza się zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem faksu, z jednoczesnym zwrotem reklamowanego towaru.”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 13 dot. wzoru umowy § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce (poza przypadkiem wskazania w ofercie podwykonawcy). Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Kupującego (np. cesja wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Sprzedającemu na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez przedmiot, który utworzył Kupujący. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 14 dot. wzoru umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Nie wypełnienie warunków przez Sprzedającego, w tym m.in. powtarzające się nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem jakości, asortymentu bądź ilości realizowanie dostaw, a także inne istotne powtarzające się uchybienia w trakcie realizacji umowy, dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W niniejszej sytuacji ma zastosowanie odpowiednio § 7 ust. 2, 3 i 4.”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 15 dot. zapisów umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 14 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa

handlowego?

Wyjaśnienie:

Wobec Zamawiającego **nie** została wszczęta likwidacja i Zamawiający **nie** przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Pytanie 17 dot. Zadania nr 2 poz. 1:

Czy ze względu na sposób pakowania w niepodzielne opakowanie zbiorcze po 40 szt. Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie wymaganej ilości klipsów do 120 sztuk lub zmniejszenie do 80 sztuk?

Wyjaśnienie:

Tak. 120 sztuk.

Pytanie 18 dot. wzoru umowy § 4 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na następujący:

„w przypadku wzrostu w trakcie realizacji umowy stawek podatku VAT związanych z przedmiotem umowy, z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynika w/w wzrost, cena jednostkowa brutto ulega zmianie, cena jednostkowa netto pozostaje na dotychczasowym poziomie?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 19 dot. wzoru umowy § 10 ust. 3c

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na następujący:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena jednostkowa brutto, cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 20 dot. wzoru umowy § 2 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na rozpatrywanie terminu realizacji dostawy oraz terminu dostaw na „cito” w dni robocze

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 21 dot. wzoru umowy § 2 ust. 4, pkt. 1 oferty Wykonawcy oraz pkt. IV SIWZ dla zadania nr 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na rozpatrywanie terminu uwzględniania reklamacji w dni robocze.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia

*lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu*