



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 16 listopada 2022 r.

AT.Z.2150.46.32.2022

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania pn. „**Dostawa części i akcesoriów do aparatury medycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**”, wpłynęły następujące pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

PYTANIE 1 PAKIET 1 POZYCJA 2

„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o informacje czy chodzi o kabel główny czy kompletny ?”

Odp.: Zapotrzebowanie dotyczy kompletnego przewodu pacjenta.

PYTANIE 2 PAKIET 1 POZYCJA 6

„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu”.

Odp.: Nr katalogowy przewodu to Mindray 040-001644-00.

PYTANIE 3 PAKIET 2 POZYCJA 10

„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla, koloru wtyku kabla, prostokątny czy okrągły ?”

Odp.: Nr katalogowy obecnie używanego przewodu to Medlinket EE007-5AI, wtyk zielony, prostokątny.

PYTANIE 4 PAKIET 2 POZYCJA 11

„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu”.

Odp.: Nr katalogowy obecnie używanego przewodu to EE029C31-G.

PYTANIE 5 PAKIET 3 POZYCJA 7

„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla”.

Odp.: Nr katalogowy obecnie używanego kabla to Maicuff M351-060.

PYTANIE 6 PAKIET 6 POZYCJA 1

„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika”.

Odp.: Nr katalogowy obecnie używanego czujnika to M-12 prod. IT-Gambert.

PYTANIE 7 PAKIET 6 POZYCJA 2

„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika”.

Odp.: Nr katalogowy obecnie używanego czujnika to M-16 prod. IT-Gambert.

PYTANIE 8 PAKIET 6 POZYCJA 3

„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika”.

Odp.: Nr katalogowy obecnie używanego czujnika to M-07S prod. IT-Gambert.

PYTANIE 9 PAKIET 6 POZYCJA 4

„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika”.

Odp.: Nr katalogowy obecnie używanego czujnika to Atom Medical 60859.

PYTANIE 10 PAKIET 6 POZYCJA 5

„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika”.

Odp.: Nr katalogowy obecnie używanego czujnika to M-12 prod. IT-Gambert.

PYTANIE 11 PAKIET 6 POZYCJA 6

„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika”.

Odp.: Nr katalogowy obecnie używanego czujnika to M-10 prod. IT-Gambert.

PYTANIE 12 Zapisy SIWZ

„Czy Zamawiający dopuści składanie ofert w formie elektronicznej na adres mailowy lub na platformie przetargowej (np. Epuap)?”

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 13 Zadanie Nr 2 – AKCESORIA DO MONITOROWANIA EKG

„Prosimy o doprecyzowanie ilości i jednostek miary w poszczególnych pozycjach, gdyż formularz oferty nie zawiera takiej informacji.”

Odp.: Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Oferty cenowe na realizację wszystkich zadań zostały dodatkowo zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w formacie PDF.

PYTANIE 14 Zadanie Nr 3 – CZUJNIKI I AKCESORIA DO PULSOKSYMETRII

„W formularzu oferty wpisane są błędne jednostki miary, czy zamawiającemu chodzi o jednostkę miary szt.?”

Odp.: Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Oferty cenowe na realizację wszystkich zadań zostały dodatkowo zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w formacie PDF.

PYTANIE 15 Zadanie Nr 4 - MANKIETY i AKCESORIA DO NIEINWAZYJNEGO POMIARU CIŚNIENIA DO KARDIOMONITORÓW

Poz. 3

„Prosimy o weryfikację modelu monitora do którego ma pasować mankiety (informujemy, że do monitora Philips pasują mankiety jedнопrzewodowe)?”

Odp.: Zamawiający oprócz rozwiązań jedнопrzewodowych stosuje również mankiety dwuprzewodowe z wtykami typu Philips.

Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie przewodu powietrznego o długości 2,5m.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 16 Zadanie Nr 7 - AKCESORIA WIELORAZOWEGO UŻYTKU DO DIATERMII ICC300 PROD. ERBE

Poz. 3

„Prosimy o dopuszczenie pęsety o długości 24 cm” .

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Adam Fimiaryz

/-/

Dyrektor

**Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**